



Unimpex Bratislava, s.r.o
Laboratórium Unimpex
Horné Predmestie 3
900 21 Svätý Jur
+421 907 978 219
E-mail: laboratorium@unimpex-bratislava.com

NÁVOD NA POSIELANIE VZORIEK DO LABORATÓRIA

Fľaše na vzorky:

- Ideálne je poselať vzorky v plastových fľašiach. Ideálne je používať nové, čisté fľašky.
- Ak vzorku posielate v použitej fľaške (napríklad po minerálke, inom nápoji), fľašu dôkladne umyte čistou vodou a nechajte vodu odtečť z fľaše. Zvyšky hlavne po sladených nápojoch môžu ovplyvniť výsledok analýzy.
- Označte dôkladne fľašu názvom vzorky. Ešte pred naplnením vzorkou. Buď štítkom, alebo nezmazateľnou fixkou.
- Originálne naffašované vína posielajte v originál obale.
- Neposielajte kvasiace mušty-burčiaky.

Odber vzorky:

- Najprv odpustite trochu vína z kohútika na nádobe. Ak naberáte vzorku hadičkou, heverom, tiež je potrebné trochu vína prepláchnuť hadičku a hever.
- Dajte trochu vína do fľaše a týmto vínom prepláchnite vnútro fľaše – fľaša tak bude zbavená zvyškov vody a analýza bude presnejšia.
- Naplňte fľašu vínom. Snažte sa šetrne plniť fľašu bez prevzdušňovania vína.
- Fľašu vždy naplňte do plna. Ak nie je plná, plastovú fľašu stlačte aby sa víno dostalo až po uzáver, potom ju zavrite. Dôležité je aby vo fľaši nebol vzduch.

Požadovaný objem vzorky vína na analýzy:

- Podľa zvolených analýz a ich počtu, treba zaslať dostatočný objem vína.
- Ak sa z jednej vzorky bude robiť viac analýz, treba spočítať tieto analýzy a požadované objemy na analýzy.
- Na nasledovnej strane nájdete tabuľku s požadovanými objemami k analýzám.

Dokumentácia

- Stiahnite si dokument: Objednávka rozboru a vytlačte tento dokument.
- Vyplňte v dokumente Vaše údaje. Dôležité sú: Meno zákazníka, kontaktné údaje a podpis.
- Takto vyplnený dokument priložte k vzorke (vzorkám).

Doručenie vzoriek

- Vzorky pošlite, alebo doručte na našu adresu, ktorá je hore v hlavičke.
- Vzorky môžete doručiť aj osobne počas otváracích hodín našej predajne.

Výsledky:

- Protokoly s výsledkami posielame e-mailom na Vami uvedenú e-mailovú adresu.
- Tlačené protokoly poštou posielame za poplatok podľa cenníka.

Platba za analýzy:

- Platba sa robí až po vykonaní analýz formou elektronickej faktúry.

Iné informácie:

- Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na telefónnom čísle, alebo e-maile ktoré sú uvedené hore v hlavičke.



Unimpex Bratislava, s.r.o
 Laboratórium Unimpex
 Horné Predmestie 3
 900 21 Svätý Jur
 +421 907 978 219
 E-mail: laboratorium@unimpex-bratislava.com

Druh rozboru	
Stanovenie obsahu SO ₂ voľného (jodometricky – OIV) * Akreditované	200 ml
Stanovenie obsahu SO ₂ voľ. po odpočte k. askorbovej (jodometricky – OIV),*Akreditované	300 ml
Stanovenie obsahu SO ₂ celkového (jodometricky – OIV)* Akreditované	200 ml (ak sa bude robiť aj analýza voľnej SO ₂ , stačí 1x 2 dcl)
Alkohol (skutočný – destilačne – OIV) * Akreditované	150 ml
Winescan automatický analyzátor: <u>vždy stačí iba 1x 150 ml, aj keď bude viac analýz z jednej vzorky</u> , *Neakreditované	
Komplet Winescan (alkohol, cukry - glukóza/fruktóza, prchavé kyseliny, celkové kyseliny, pH, kyselina mliečna, jablčná a vínna) , *Neakreditované	150 ml
Alkohol (hodnota – Winescan), *Neakreditované	150 ml
Cukry (hodnota glukóza+fruktóza – Winescan) *Neakreditované	150 ml
Celkové kyseliny (hodnota Winescan) *Neakreditované	150 ml
Organické kyseliny (hodnota Winescan) *Neakreditované	150 ml
Prchavé kyseliny (hodnota Winescan) *Neakreditované	150 ml
Určenie pH, (hodnota Winescan) *Neakreditované	150 ml
Celkové kyseliny, prchavé kyseliny, organické kyseliny (kyselina jablčná, kyselina mliečna,	150 ml
Alkohol (skutočný – destilačne OIV) * Akreditované	150 ml
Celkové kyseliny (titračne - OIV) * Akreditované	100 ml
Cukry (glukóza/fruktóza/sacharóza enzymaticky podľa OIV), * Akreditované	100 ml
Prchavé kyseliny (titráciou po destilácii-OIV), * Akreditované	100 ml
Pretlak CO ₂ * Akreditované	Originál uzavretá fľaša
Relatívna hustota (frekvenčným oscilátorom – OIV), * Akreditované	100 ml
Stanovenie obsahu bezcukorného extraktu, výpočet * Akreditované	500 ml
Stanovenie obsahu celkového extraktu, výpočet * Akreditované	500 ml
Stanovenie kyseliny sorbovej * Akreditované	150 ml
Chemická analýza tichého vína na účely certifikácie * Akreditované	Originál uzavretá fľaša, alebo 750 ml
Chemická analýza vína s pretlakom CO ₂ na účely certifikácie * Akreditované	Originál uzavretá fľaša, alebo 750 ml
Chemická analýza tokajského vína na účely certifikácie * Akreditované	Originál uzavretá fľaša, alebo 750 ml
Bielkovinová stabilita (tepelný test), určenie dávky bentonitu *Neakreditované	200 ml
Stanovenie kryštalickej stability, *Neakreditované	100 ml
Stanovenie polyfenolov *Neakreditované	100 ml
Stanovenie asimilovateľného dusíka *Neakreditované	100 ml
Histamín vo vine *Neakreditované	100 ml
Malolaktická fermentácia (organické kyseliny, pH, SO ₂ voľný) * Akreditované+*Neakreditované	300 ml
Senzorické posúdenie vína	300 ml
Rozbor pred fľašovaním (SO ₂ voľný, celkové kyseliny, alkohol, zvyškový cukor, tepelný test, test kryštalickej stability) * Akreditované+*Neakreditované	750 ml
Predfermentačná analýza muštu (celkové kyseliny, pH, redukujúce cukry, asimilovateľný dusík) *Neakreditované	300 ml